

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 11/1.4/MATEO/2 DOTYCZĄCEGO
DOSTAWY WYPOSAŻENIA DO LABORATORIUM DZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI**

PYTANIE:

„1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie pracujące z wykorzystaniem matrycy diodowej, które zapewnia zebranie pełnego widma próbki (a nie tylko złożonego 7 punktów) – dzięki czemu możliwa jest analiza wielu parametrów?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia pracującego z wykorzystaniem matrycy diodowej.

PYTANIE:

„2. Czy zamawiający wymaga aby Analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach, umożliwiał analizę w daniach gotowych zamawiającego oraz mąkach i innych surowcach wykorzystywanych przez zamawiającego analizę minimum następujących parametrów:

- a. Białko
- b. Tłuszcz
- c. Sucha Masa
- d. Popiół
- e. Zawartość Glutenu (od 20mg/kg)”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga aby analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach, umożliwiał analizę w daniach gotowych, mąkach i innych surowcach następujących parametrów:

- a. Białko
- b. Tłuszcz
- c. Sucha Masa
- d. Popiół
- e. Zawartość Glutenu (od 20mg/kg)

PYTANIE:

„3. Czy zamawiający wymaga aby Analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach umożliwiał tworzenie kalibracji przez użytkownika z wykorzystaniem zaawansowanego modułu automatycznej kalibracji, w którym to użytkownik wprowadza jedynie wartości oznaczanych parametrów a oprogramowanie w sposób automatyczny dokonuje obliczenia krzywej kalibracyjnej lub ją modyfikuje?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga aby analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach umożliwiał tworzenie kalibracji.

PYTANIE:

„4. Czy zamawiający wymaga aby Analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach wykonywał analizy z wykorzystaniem światła padającego od góry i nie wymagał stosowania szkła?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga aby analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach wykonywał analizy z wykorzystaniem światła padającego od góry.

PYTANIE:

„5. Czy zamawiający wymaga aby Analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach był wykonany w całości z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i posiadał stopień odporności na zanieczyszczenia nie mniejszy niż IP69?”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga aby analizator do szybkiego oznaczania składników w produktach był wykonany w całości z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością i posiadał stopień odporności na zanieczyszczenia nie mniejszy niż IP69.